

Kleiner Blitz-Kurs Digitalfotografie



Fotoapparat

- Qualitativ hochwertige Markenkamera
- Gutes optisches Zoom
- Autofokus-Funktion
- Genügend Megapixel (6 und mehr Megapixel)



Wichtige Funktionen

- Makroaufnahme (stilisierte Blume)
- Blitzautomatik ausschalten
- Parallel-Linien (gelb)
- Hohe Filmempfindlichkeit (bis 800 ASA)

Aufnahmetechnik für Röntgenbilder

In der Regel mit Auto-Funktion möglich, zusätzlich einstellen/beachten:

- Hohe Filmempfindlichkeit (je mehr ASA umso empfindlicher – ideal ASA 400 bis ASA 800)
- Blitzautomatik manuell ausschalten
- Makro-Funktion aktivieren
- Röntgenbild am Negatoskop in der Dunkelkammer fotografieren (kein Fremdlicht).
- Rö-Bild einblenden, bzw. freie Negatoskop-Fläche abdecken
- Auf Planparallelität achten (einblendbare Hilfslinien auf dem Display – oben gelb). Rückwand der Kamera (=Filmebene) parallel zum Negatoskop (=Bildebene) vermeidet Verzerrungen und stürzende Linien
- Bildausschnitt primär mit Abstandsveränderung wählen (NICHT mit Zoomfunktion)
- Grosse Blendenwerte (Tiefenschärfe), aber Vorsicht KEINE langen Belichtungszeiten (verwackeln)!